



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Địa chỉ: Số 65 Phạm Thái Duyệt - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84 - 2432262215 / 84 - 2432262216 * Fax: 84- 2439335738 * Website: www.nifc.gov.vn

Số/No.: 18889/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu
Name of sample: Khẩu trang y tế Bạch Tuyết (than hoạt tính 4 lớp)
Bach Tuyet Medical Face Mask (activated-carbon 4 layers)
2. Mã số mẫu/ Sample code: 07205706/DV.1
3. Mô tả mẫu
Sample description: Mẫu đựng trong túi nilon, 50 chiếc/ túi - Số lượng: 1
NSX - HSD: không có; Không có mẫu lưu
Sample is put in a plastic bag, 50 pieces/bag - Quantity: 1
MFG - EXP: No information; No storage sample
4. Số lượng mẫu
Number of sample: 01 mẫu
01 sample
5. Thời gian lưu mẫu
Storage time of sample: Không có
No storage
6. Ngày nhận mẫu
Sampling received date: 20/07/2020
7. Thời gian thử nghiệm
Testing time: 20/07/2020 - 29/07/2020
8. Nơi gửi mẫu
Customer: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
Địa chỉ: Lô 52/I-53/I-54/I Đường 2E, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc,
Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Bach Tuyet Cotton Corporation
Address: Lot 52/I-53/I-54/I Road 2E, Vinh Loc Industrial Park
Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
9. Kết quả thử nghiệm
Test result(s): Chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật
Physicochemical and Microbiological tests

STT/ No.	Tên chỉ tiêu/ Parameter	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử/ Test method	Kết quả/ Result
9.1*	Hiệu quả lọc vi khuẩn Bacterial filtration efficiency (BFE)	/chiếc /piece	BS EN 14683:2019	99,82 %
9.2*	Độ chênh áp suất Differential pressure	Pa/cm ²	BS EN 14683:2019	5,84

Ghi chú: "+" Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ

Note: "+" The test is conducted by subcontractor

(*) Method is accredited by VILAS


Hà Nội, 29/7/2020

TU. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA ĐBCL

On behalf of Director General

Head of Quality Assurance Laboratory



TS. Lê Thị Phương Thảo

Le Thi Phuong Thao, PhD.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm nghiệm ATVSTPQG
3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
4. Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu được công nhận VILAS
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu theo mẫu quy định



No: 17217/PKN-VKNQG

TEST REPORT

1. Name of sample: Bach Tuyet Medical Face Mask (3 layers)
Lot No.: 0520
2. Sample code : 07205275/DV.1
3. Sample description: Intact package (50 pieces) - Quantity: 1
MFG: 20/05/2020 - EXP: 20/05/2025; No storage sample
4. Number of sample: 01 sample
5. Sample storage time: No storage
6. Sample received date: 08/07/2020
7. Testing time: 08/07/2020 - 15/07/2020
8. Customer: Bach Tuyet Cotton Corporation
Address: Lot 52/I-53/I-54/I Road 2E, Vinh Loc Industrial Zone
Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
9. Test result(s): Physicochemical and Microbiological tests

No.	Parameter	Unit	Test method	Result
9.1*	Bacterial filtration efficiency (BFE)	/piece	BS EN 14683:2019	99.88 %
9.2*	Differential pressure	Pa/cm ²	BS EN 14683:2019	7.34

Note: "+" The test is conducted by subcontractor
(*) Method is accredited by VILAS

Hanoi, July 15th, 2020

On behalf of Director General
Head of Quality Assurance Laboratory



Le Thi Phuong Thao, PhD.



Số/No: 24812/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu
Name of sample: Khẩu trang y tế 3 lớp
3-layer Face Mask
Số lô: 0820
2. Mã số mẫu/ Sample code: 08207202/DV.2
3. Mô tả mẫu
Sample description: Mẫu đựng trong túi nilon, 20 chiếc/ túi - Số lượng: 1
NSX: 24/08/2020 - HSD: 5 năm; Không có mẫu lưu
Sample is put in a plastic bag, 20 pieces/bag - Quantity: 1
MFG: 24/08/2020 - EXP: 5 years; No storage sample
4. Số lượng mẫu
Number of sample: 01 mẫu
01 sample
5. Thời gian lưu mẫu
Storage time of sample: Không có
No storage
6. Ngày nhận mẫu
Sampling received date: 31/08/2020
7. Thời gian thử nghiệm
Testing time: 31/08/2020 - 15/09/2020
8. Nơi gửi mẫu
Customer: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
Địa chỉ: Lô 52-53-54/I Đường 2E, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc,
Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Bach Tuyet Cotton Corporation
Address: Lot 52-53-54/I Road 2E, Vinh Loc Industrial Park
Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
9. Kết quả thử nghiệm
Test result(s): Chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật
Physicochemical and Microbiological tests

STT/ No.	Tên chỉ tiêu/ Parameter	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử/ Test method	Kết quả/ Result
9.1*	Hiệu quả lọc vi khuẩn Bacterial filtration efficiency (BFE)	/chiếc /piece	BS EN 14683:2019	99,92%
9.2*	Độ chênh áp suất Differential pressure	Pa/cm ²	BS EN 14683:2019	37,15

Ghi chú: +* Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ

Note: (+) The test is conducted by subcontractor

(*) Method is accredited by VILAS

Hà Nội, 15/09/2020

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA ĐBCL

On behalf of Director General
Head of Quality Assurance Laboratory



TS. Lê Thị Phương Thảo
Le Thi Phuong Thao, PhD.

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm nghiệm ATVSTPQG
- Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Địa chỉ: Số 65 Phạm Thái Duật - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-2432262215 / 84-2432262216 Fax: 84-2439335738 * Website: www.nifc.gov.vn

No: 17218/PKN-VKNQG

TEST REPORT

1. Name of sample: Bach Tuyet Medical Face Mask (4 layers)
Lot No.: 0620
2. Sample code : 07205275/DV.2
3. Sample description: Intact package (50 pieces) - Quantity: 1
MFG: 19/06/2020 - EXP: 19/06/2025; No storage sample
4. Number of sample: 01 sample
5. Sample storage time: No storage
6. Sample received date: 08/07/2020
7. Testing time: 08/07/2020 - 15/07/2020
8. Customer: Bach Tuyet Cotton Corporation
Address: Lot 52/I-53/I-54/I Road 2E, Vinh Loc Industrial Zone
Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
9. Test result(s): Physicochemical and Microbiological tests

No.	Parameter	Unit	Test method	Result
9.1*	Bacterial filtration efficiency (BFE)	/piece	BS EN 14683:2019	99.50 %
9.2*	Differential pressure	Pa/cm ²	BS EN 14683:2019	5.29

Note: "+" The test is conducted by subcontractor
(*) Method is accredited by VILAS

Hanoi, July 15th, 2020

On behalf of Director General
Head of Quality Assurance Laboratory



Le Thi Phuong Thao, PhD.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm nghiệm ATVSTPQG
3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
4. Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu được công nhận VILAS
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Địa chỉ: Số 65 Phạm Thái Duyệt - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-2432262215 / 84-2432262216 Fax: 84-2439335738 * Website: www.nifc.gov.vn

Số/No: 24811/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu
Name of sample: Khẩu trang y tế 4 lớp
4-layer Face Mask
2. Mã số mẫu/ Sample code: 08207202/DV.1
3. Mô tả mẫu
Sample description: Số lô/ Lot No.: 0820
Mẫu đựng trong túi nilon dán mép, 20 chiếc/túi - Số lượng: 1
NSX: 24/08/2020 - HSD: 5 năm; Không có mẫu lưu
Sample is put in a closed plastic bag, 20 pieces/bag - Quantity: 1
MFG: 24/08/2020 - EXP: 5 years; No storage sample
4. Số lượng mẫu
Number of sample: 01 mẫu
01 sample
5. Thời gian lưu mẫu
Storage time of sample: Không có
No storage
6. Ngày nhận mẫu
Sampling received date: 31/08/2020
7. Thời gian thử nghiệm
Testing time: 31/08/2020 - 15/09/2020
8. Nơi gửi mẫu
Customer: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
Địa chỉ: Lô 52-53-54/I Đường 2E, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc,
Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Bach Tuyet Cotton Corporation
Address: Lot 52-53-54/I Road 2E, Vinh Loc Industrial Park
Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
9. Kết quả thử nghiệm
Test result(s): Chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật
Physicochemical and Microbiological tests

STT/ No.	Tên chỉ tiêu/ Parameter	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử/ Test method	Kết quả/ Result
9.1*	Hiệu quả lọc vi khuẩn Bacterial filtration efficiency (BFE)	/chiếc /piece	BS EN 14683:2019	99,92%
9.2*	Độ chênh áp suất Differential pressure	Pa/cm ²	BS EN 14683:2019	39,69

Ghi chú: +* Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ

Note: (+) The test is conducted by subcontractor

(*) Method is accredited by VILAS

Hà Nội, 15/09/2020

TU. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA ĐBCL

On behalf of Director General
Head of Quality Assurance Laboratory



TS. Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo, PhD.

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm nghiệm ATVSTPQG
3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
4. Chỉ tiêu đánh dấu * là chỉ tiêu được công nhận VILAS
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định